



## MRを受けられる患者さまへ

### MR検査を安全に受けて頂くために・・・・・・・・

検査当日は、できるだけファスナー等の金属が付いていない服装でお越しください。

※ヒートテック製の肌着は汗をかいていると火傷の恐れがあります。

下記に該当される患者さまは、検査ができない場合があります。

- 体内埋込型医療機器がある（ペースメーカー、ICD等）
- 人工内耳、人工中耳がある
- 妊娠初期3カ月以内もしくは妊娠の可能性がある
- その他の体内金属がある
- 脳動脈瘤クリッピング術をしているが、クリップの種類が不明である  
（主治医に確認が取れない患者さま）
- 閉所恐怖症がある（安定剤服用で検査が可能な場合もあり）
- 磁力を使って脱着するような義眼など
  - ※磁力で脱着する義歯（マグネットアタッチメント義歯）は吸着力低下の恐れ有り
- 刺青（タトゥー）やアートメイク・ネイルアートは、材質などにより検査できない場合があります
  - ※材質によっては、火傷をしたり、変色するケースもあります

### 造影MR検査を受けて頂くために・・・・・・・・

- 腎臓の病気や腎障害で治療をしている
- 喘息と診断されたことがある（小児喘息は含まれません）
- 今までに造影検査で副作用があった
- 現在、授乳中である
- 腎機能の悪い方が造影剤を使用すると、腎機能が低下するケースがあります
  - 6ヶ月以内に、血液検査を受けた事がある患者さまは、検査データ（写し）をご持参下さい。  
クレアチニン（CRE・Cr等記載されている） と BUN のデータが必要です。